



KONTRATË PUBLIKE KORNIZË 632-26-3635-1-1-1/C1220

KOMUNA E GJAKOVËS (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

MADEKOS SH.P.K., Vragoli (Magjistralja Prishtinë-Pejë), Fushë Kosovë, me numër unik 811560293 e përfaqësuar nga Ardian Buzuku((në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizim me:

Furnizim me inventar dhe pajisje mjekësore numër identifikues: **632-26-3635-1-1-1** dhe numër të brendshëm 632-26-020-111.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratë publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

Furnizim me inventar dhe pajisje mjekësore

Nr.	Grupi
1	Furnizim me inventar dhe pajisje mjekësore

Autoriteti Kontraktues bënë blerjen vetëm në emër të vetë Autoritetit.

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontratë publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuar, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë mallëratë përmendura në 1.1. .

1.4 Kontrata nënshkruhet dhe hynë në fuqi me 13.08.2026 dhe përfundon në datën 12.08.2027.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë brenda 45 ditëve pas marrjes së kërkesës me shkrim të menaxherit të kontratës.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë në Komunën e Gjakovës.

2.3 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi. Vlera totale indikative e kontratës është **399,760.00 €** (treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) euro.

Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është +/- 30%.

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 Çmimet për njësi janë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë.

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet


6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.


Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Faton Gutaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	13.08.2026
Vula:	



Emri:	Ardian Gjini
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	13.08.2026
Vula:	

Për Furnizuesin

Emri:	Ardian Buzuku
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	13.08.2026
Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

632-26-3635-1-1-1/C1220

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë

person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës së perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënie të pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimi në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimi.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimi në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimi;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë

ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizuesi përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizuesi, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbytjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbytjesore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbytjesore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizuesi do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimi me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimi apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizuesi do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, për kohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoriteti Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të testit të Autoriteti kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'i japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimi derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimi të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimi, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhrë, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguhet ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimi, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimi të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimi ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimi të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimi përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimi të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkojnë në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkojnë ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkon që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimi të

përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytëse nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;

b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;

c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;

i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës;

l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i

autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose

- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

632-26-3635-1-1-1/C1220

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	8.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 13 muaj. Kontraktuesi obligohet që para nënshkrimit të kontratës të bëjë depozitim të sigurisë së ekzekutimit.
Sigurimi	9.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).
Cilësia e furnizimeve	16.2	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dergese të materialit i cili deshton në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësive të përcaktuara në specifikimin teknik.
Inspektimi dhe testimi	17.2	Inspektimi dhe testimi do të kryhen me rastin e dorëzimit dhe në përputhje me Nenin 19 të Kushteve të Përgjithshme në adresat e specifikuara në Nenin 2.2 të Kontratës. Menaxheri i Projektit dhe Komisioni për pranimin e furnizimeve do të caktohet me vendim nga ZKA.
Dorëzimi	19.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të paketohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dërgesa: Dërgesat do të bëhet brenda 45 ditëve pas marrjes së kërkesës me shkrim të menaxherit të kontratës. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet garancionit	22.1	N/A
	22.5	N/A

Shërbimet pas shitjes	23.1	N/A
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	29.2	Komisioni për ndërmjetësim pranë Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	30.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë .

Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. Përshkruaj specifikimet teknike, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme të objektit të kontratës siç janë: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, sigurimi, paketimi, shënjimi, etiketimi.

Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe të operatorët ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar të vendosë specifikim teknik që favorizojnë ose dis-favorizojnë një ose me shumë operatorë ekonomik.

Nr.	Përshkrimi	
1	Unite Stomatologjike	
	Technical parameters Current intensity 220V-24W, 18-12 V Air pressure: 550-800Kpa Water pressure: 200-400Kpa Standard parameters Physiological dental chair with automatic movement in the up-down, front-back direction -Three controls: - on the footrest - on the main trephine - on the assistant trephine - Air regulator + filter - Water regulator + filter - Built-in negatoscope - Built-in water bottle - Hot water - Chair cover made of leather or other durable material - Reflector with three-way rotation with sensor - Ceramic fountain with rotation - Main control panel with sufficient space for placing therapeutic instruments - Main panel suitable for holding rotating work instruments. - Assistant control panel which has most of the functions of the main panel - Main trepane suitable in dimensions for holding therapeutic instruments - Main trepane to have 5 centers (zones) for holding rotating instruments,	Parametrat teknike • Intensiteti i rrymës: 220V–24W, 18–12 V • Presioni i ajrit: 550–800 kPa • Presioni i ujit: 200–400 kPa Parametrat standardë • Karrige dentare fiziologjike me lëvizje automatike lart-poshtë dhe para-mbrapa • Tre mënyra kontrolli: ○ në mbështetësen e këmbëve ○ në panelin kryesor ○ në panelin e asistentit • Rregullator ajri + filtër • Rregullator uji + filtër • Negatoskop i integruar • Shishe uji e integruar • Ujë i ngrohtë • Mbulesë e karriges prej lëkure ose materiali tjetër të qëndrueshëm • Reflektor me rrotullim tredimensional me sensor • Lavaman qeramik me rrotullim • Panel kryesor kontrolli me hapësirë të mjaftueshme për vendosjen e instrumenteve terapeutike • Panel kryesor i përshtatshëm për mbajtjen e instrumenteve rrotulluese të punës • Panel i asistentit me shumicën e funksioneve të panelit kryesor • Panel kryesor (trepan) me dimensione të përshtatshme për mbajtjen e instrumenteve terapeutike • Panel kryesor me 5 pozicione për mbajtjen e

	- 2 turbines, 1 contra-angle micromotor, 1 handpiece and 1 incorporated cavitron - Cup holder - Separate zone for holding napkins - Assistant trepane with main trepane controls and to have incorporated - Helio lamp with 20, 40, 60 sec. polymerization program. - Saliva aspirator - Surgical aspirator - Handpiece	instrumenteve rrotulluese • 2 turbina, 1 mikromotor kundër-këndor, 1 handpiece dhe 1 cavitron i integruar • Mbajtëse për gotë • Zonë e veçantë për mbajtjen e pecetave • Panel i asistentit me kontroll të panelit kryesor dhe me pajisje të integruara • Llambë Helio me program polimerizimi 20, 40, 60 sekonda • Aspirator për pështymë • Aspirator kirurgjik • Handpiece
2	Analizator per Sediment te urinave dhe stripave komplet I automatizuar	
	- Working Principle: - Dry Chemistry (Urine Strip): photometry, colorimetry, refractometry and nephelometry. - Urine Sediment: Machine Vision technology (digital imaging technology) - Tests per working hour: - Urine Strip (Dry chemistry mode): >160 t/h - Urine Sediment: > 70 t/h - Combined: > 70 t/h - STAT option - STAT with independent sample position options for emergency cases, enabling testing at any time. - Filling space for 200 pcs strips - Sample volume per test: 2.5 ml - Sample type: Urine - Reportable parameters: - Physical parameters: Specific gravity, color, turbidity - Dry chemistry: 11/14 parameters - Leukocytes, Urobilinogen, Proteins, Bilirubins, Glucose, Vitamin C, Ketones, Nitrites, pH, Erythrocytes, Microalbumin, Creatinine, Calcium, P/C protein-creatinine ratio, A/C microalbumin-creatinine Ratio. - Urine sediment: - Reportable parameters : 31 ; RBCs(Erythorcytes) (total) /Normocytic, Nor-RBC/Macrocyte, Mac-RBC/Microcyte, Mic-RBC/Crenocyte, Cre-RBC/Annular RBCs, Ann-RBC/Acanthocytes, Aca-RBC/Humped	Parimi i punës: • Kimi e thatë (shirita urinarë): fotometri, kolorimetri, refraktometri dhe nefelometri • Sedimenti i urinës: teknologji Machine Vision (imazheri digjitale) Numri i testeve për orë pune: • Shirita urinarë (modaliteti i kimisë së thatë): >160 teste/orë • Sedimenti i urinës: >70 teste/orë • Të kombinuara: >70 teste/orë • Opsion STAT (urgjent) • STAT me pozicion të pavarur të mostrës për raste emergjente, duke mundësuar testim në çdo kohë • Kapacitet mbushjeje për 200 shirita • Vëllimi i mostrës për test: 2.5 ml • Lloji i mostrës: urinë Parametrat e raportueshëm: • Parametra fizikë: pesha specifike, ngjyra, turbullira Kimi e thatë: 11/14 parametra • Leukocyte, urobilinogjen, proteina, bilirubinë, glukozë, vitaminë C, ketone, nitrite, pH, eritrocite, mikroalbuminë, kreatininë, kalcium, raporti proteinë/kreatininë (P/C), raporti

	Spherocytes, Hpd-RBC/Jagged RBCs, Jag-RBC/Ghost RBCs, Gho-RBC/Fragmented RBCs, Fra-RBC/ Other abnormal RBCs, Oab-RBC/Anisocytosis Ratio, Ani-Ratio/MorInfo-RBC/WBC, - White blood cells/WBCC, (Leukocytes) white blood cells clump/ - BACT, bacteria/BACTc, coccus/BACTr, rod/YST, Yeast/Squamous epithelial cell, SEC/Non squamous epithelial cell, NEC/CRYS, Crystals/Mono-hydrate calcium oxalate crystal, Caoxm/Di-hydrate calcium oxalate crystal, Caoxd/Uratic crystal, URA/Triple phosphate crystal TRP/HYAC, hyaline cast/UNCC, unclassified cast/MUC, mucous strands/Sperm, SPRM - Integrated Barcode - Communication : - Bi-directional LIS, barcode for automatic identification of samples for testing - 2K full color images, 60 photos per sample - The device should have 3 Histograms for the phases of Erythrocytes. - The bidder should present 2 Service Certificates, 1 year warranty from the date of Installation. - Supply and support with service for at least 5 years from the date of Installation	mikroalbuminë/kreatininë (A/C) Sedimenti i urinës: - Parametra të raportueshëm: 31, përfshirë: - Eritrocitet (RBC) totale / normocitare, makrocite, mikrocite, krenocite, eritrocite unazore, akantocite, sferocite, eritrocite të dhëmbëzuara, “ghost” RBC, eritrocite të fragmentuara dhe forma të tjera anormale - Raporti i anizocitozës - Leukocitet (WBC), grumbuj leukocitesh - Baktere (kokërrore dhe shkopinj) - Majaja (yeast) - Qeliza epiteliale skuamoze dhe jo-skuamoze - Kristale (oksalat kalciumi mono- dhe dihidrat, urate, fosfat trefish) - Cilindra hialinë dhe të paklasifikuar - Mukus - Spermatozoide - Barkod i integruar Komunikimi: - LIS dykahor (Bi-directional), barkod për identifikim automatik të mostrave - Imazhe me rezolucion të plotë 2K, 60 foto për mostër - Pajisja duhet të ketë 3 histograma për fazat e eritrociteve - Ofertuesi duhet të paraqesë 2 certifikata servisi dhe garanci 1-vjeçare nga data e instalimit - Furnizim dhe mbështetje me servis për të paktën 5 vite nga data e instalimit
3	Analizator Biokimik	
	- Functional System: - Automated System, Discrete, Random Access, Bench-Top (placed on the table), STAT sample with priority - Tests/Working hours: Constant 240 photometric tests, up to 400 T/H with ISE - Reading principle: Photometry with Absorbance, turbidimetry, ion selective	- Sistemi Funksional: - Sistem i automatizuar, diskret, me qasje të rastësishme (Random Access), tip Bench-Top (vendoset mbi tavolinë), me mundësi STAT për mostra prioritare. - Teste/orë pune: 240 teste fotometrike konstante, deri në 400 teste/orë me ISE. - Parimi i leximit: Fotometri me absorbancë,

	electrode. - Reading methods: End-Point, Fixed-Time, Kinetic, Optional ISE, - Work with 1 reagent and 2 reagent, with Mono-Chromatic/Bi-Chromatic - Reagent/Sample positions: - 50-100 positions per reagent, and 50-100 positions for serum with 24 H integrated refrigerator 2-12 C - Reagent volume: R1:100-200 uL, starting from 0.5 uL - Sample volume: 2-35 uL starting from 0.1 uL - Reagent/sample needle to have liquid level detection, vertical shock protection, real-time detection of reagent level, reagent preheating, clot detection (Fibrin). - Needle Cleaning: Automatic needle cleaning inside and outside - Integrated barcode reader for both samples and reagents to be optional. - Have a connection to LIS in bidirectional mode - Automatic dilution: Pre-dilution/post-dilution - Sample/reagent mixing: have an independent mixer ensuring a homogeneous sample/reagent mixture. - Automatic hemolysate preparation for HbA1C Analysis - Reading System: - 80 Reusable Cuvettes - Reaction Volume: 100-360 uL - Reaction Temperature: 37 C $\pm$ 0.1 C - Cuvette Cleaning: Cleaning with detergent and preheated deionized water. - ISE Module(Optional) - Measurement of K⁺, Na⁺, Cl⁻ - Optical System: - Light Source: Halogen-Tungsten Lamp	turbidimetri, elektrodë selektive jonike (ISE). • Metodat e leximit: End-Point, Fixed-Time, Kinetic, me ISE opsionale. • Punon me 1 reagent dhe 2 reagentë, me lexim Mono-Kromatik/Bi-Kromatik. • Pozicionet për reagentë/mostra: • 50–100 pozicione për reagentë dhe 50–100 pozicione për mostra serumi, me frigorifer të integruar 24 orë, temperaturë 2–12°C. • Vëllimi i reagentit: • R1: 100–200 µL, duke filluar nga 0.5 µL. • Vëllimi i mostrës: • 2–35 µL, duke filluar nga 0.1 µL. • Gjilpëra e reagentit/mostrës të ketë detektim të nivelit të lëngut, mbrojtje vertikale ndaj goditjeve, detektim në kohë reale të nivelit të reagentit, parangrohje të reagentit dhe detektim të koagulimit (fibrinës). • Pastrimi i gjilpërës: • Pastrim automatik i brendshëm dhe i jashtëm. • Lexues barkodi i integruar për mostra dhe reagentë, opsional. • Të ketë lidhje me LIS në mënyrë bidireksionale. • Hollimi automatik: • Para-hollim / Pas-hollim. • Përzierja mostër/reagent: • Të ketë mikser të pavarur që siguron përzierje homogjene të mostrës/reagentit. • Përgatitje automatike të hemolizatit për analizën HbA1c. • Sistemi i leximit: • 80 kuveta të ripërdorshme. • Vëllimi i reaksionit: 100–360 µL. • Temperatura e reaksionit: 37°C $\pm$ 0.1°C. • Pastrimi i kuvettave me detergent dhe ujë të dejonizuar të parangrohur. • Moduli ISE (Opsional): • Matja e K⁺, Na⁺, Cl⁻. • Sistemi Optik: • Burimi i dritës: Llambë Halogjen-Tungsten.
4	Glukometer	

	- Results 3 sec - Included strips, lancets, pen, battery	- Rezultatet brenda 3 sekondave. - Të përfshira: shirita testues, lanceta, stilolapsi shpues (pen) dhe bateria.
5	Ultrazeri me dy sonda	
	APPLICATIONS To ensure maximum clinical use, the system must provide imaging capabilities for: • General abdominal imaging • Breast / thyroid / small parts imaging • Musculoskeletal imaging • Urology / prostate imaging • Trans-rectal bi-plane (dual plane) imaging • Ultrasound-guided interventional procedures • Adult and pediatric echocardiography TECHNICAL SPECIFICATIONS • Fully digital broadband beam technology • Beamformer with a 14-bit analog-to-digital converter • Beamformer capable of processing 16,384 gray scale levels • System with programmable waveform transmission • System dynamic range shall not be less than 290 dB • The system must be capable of	APLIKIMET Për të siguruar përdorim maksimal klinik, sistemi duhet të ofrojë mundësi imazherike për: • Imazheri të përgjithshme abdominale • Imazheri të gjirit / tiroides / pjesëve të vogla • Imazheri muskuloskeletale • Imazheri urologjike / prostatës • Imazheri trans-rektale bi-plane (dy plane) • Procedura intervenuese të udhëzuara me ultrazë • Ekokardiografi për të rritur dhe pediatrike SPECIFIKIMET TEKNIKE • Teknologji plotësisht digjitale broadband beam • Beamformer me konvertues analog-digjital 14-bit • Beamformer i aftë të përpunojë 16,384 nivele gri • Sistem me transmetim të programueshëm të valëve • Dynamic range jo më pak se 290 dB • Aftësi për të procesuar frekuenca nga 1 MHz (ose më pak) deri në 16 MHz (ose më shumë) në mënyrë simultane • Sondë Convex me frekuencë 1.0 – 7.0 MHz ose më gjërë • Sondë Linear me frekuencë 4.0 – 16.0 MHz ose më lartë • Minimumi 13 zona fokusi transmetimi • Hard disk jo më pak se 1 TB MODALITETET E IMAZHERISË Sistemi duhet të funksionojë së paku në këto modalitete: • Imazheri 2D në kohë reale (B-mode) • Power Doppler me drejtim të rrjedhës (DPDI) • Pulsed Wave Doppler me PRF të lartë • Imazheri panoramike në B-mode, Color dhe Power • Tissue Doppler Imaging

	simultaneously processing a frequency range from 1 MHz (or lower) up to 16 MHz (or higher) • Convex probe frequency range: 1.0 to 7.0 MHz or wider • Linear probe frequency range: 4.0 to 16.0 MHz or higher • Capable of at least 13 transmit focus zones • The system must have at least 1 TB hard disk capacity or more IMAGING MODES The full digital color Doppler ultrasound system must be capable of operating in, but not limited to, the following modes: • Real-time 2D grayscale imaging (B-mode) • Power Doppler Imaging with directional flow indication (DPDI) • Pulsed wave Doppler with high PRF capability • Panoramic imaging in B-mode, Color and Power modes • Tissue Doppler Imaging • Real-time tissue elastography • Real-time 3D mode or 4D mode FUNCTIONS AND CONFIGURATION • Adjustable frequency in B-mode with at least 5 bands including fundamental and	• Elastografi e indeve në kohë reale • Modalitet 3D ose 4D në kohë reale FUNKSIONET DHE KONFIGURIMI • Frekuencë e rregullueshme në B-mode me minimum 5 banda, përfshirë fundamental dhe harmonic imaging • Funksion Widescan për zgjerim të zonës së ekzaminimit • Imazheri panoramike me ngjyra • Mbështetje për 3D/4D imaging • Renderim i avancuar 3D/4D për përmirësim të kufijve sipërfaqësorë dhe strukturave të brendshme transparente me burim virtual drite • Njohje automatike e folikulave dhe matje e madhësisë me një klikim në 2D • Njohje automatike e endometriumit dhe matje e trashësisë me një klikim • Elastografi kompresive me sonda linear, convex dhe TV • Detektim ECG • Integrim AI për ekzaminime fetale në kohë reale sipas udhëzimeve ISUOG • Minimum 27 plane standarde dhe 13 matje automatike • Njohje automatike e strukturave të nyjës së ijeve • Matje automatike të α Angle, β Angle dhe FHC për klasifikim Graf GJUHËT E DISPONUESHME Softueri: Anglisht, Kinezishte e thjeshtuar, Spanjisht, Rusisht, Frëngjisht, Italisht, Gjermanisht, Norvegjisht, Portugalisht, Japonisht, Holandisht, Polonisht dhe Çekisht Tastiera: Anglisht, Kinezishte e thjeshtuar, Latin, Frëngjisht dhe Polonisht SPECIFIKIMET FIZIKE • Gjerësia: maksimum 550 mm • Thellësia: maksimum 750 mm
--	---	--

harmonic imaging • Capable of Widescan to expand imaging area and display more information • Capable of panoramic color imaging • Capable of 3D/4D imaging • Capable of advanced 3D/4D rendering to enhance surface structure boundaries and display transparent internal structures with a virtual light source • Capable of automatic follicle recognition and size measurement in 2D mode with one-click operation • Capable of automatic endometrium recognition and thickness measurement in 2D mode with one-click • Capable of compression elastography using linear, convex, and TV probes • Capable of ECG detection • Integrate AI into real-time fetal B-mode scanning to standardize and automate obstetric ultrasound workflow based on ISUOG guidelines. Simplify prenatal screening, improve efficiency, and enable less experienced operators to perform basic examinations. • Support at least 27 standard planes and 13 measurements automatically • Intelligent one-button automatic recognition of hip joint structures • Automatic measurement of hip joint values (including α Angle, β Angle, and	• Pesha: maksimum 84 kg (pa pajisje shtesë) MONITORI • Minimum 21.5 inç • Touch screen për kontrolle • Ekran me ngjyra kapacitiv minimum 13.3 inç për navigim të lehtë PANELI I KONTROLLIT • Butona me ndriçim për përdorim në ambiente me dritë të ulët • Taste të programueshme të shumta PORTET DHE MBAJTËSET E SONDAVE • Minimum 5 porte për sonda • Port për pencil probe • Minimum 7 mbajtëse sondash • Ngrohës për gel • Minimum 2 mbajtëse kabllosh TJERA • Pajisja dhe aksesoret duhet të jenë në përputhje me IEC 60601 ose ekuivalent • Të funksionojë në tension 115/200 deri 240V $\pm 10\%$, 50/60 Hz • Certifikim FDA ose CE (kopje e certifikatës të dorëzohet me ofertë) • Bateri e integruar me funksionim minimal 1.5 orë pa ndërprerje
---	---

	FHC) for easy Graf classification AVAILABLE LANGUAGES Software: English, Simplified Chinese, Spanish, Russian, French, Italian, German, Norwegian, Portuguese, Japanese, Dutch, Polish, and Czech Keyboard: English, Simplified Chinese, Latin, French, and Polish PHYSICAL SPECIFICATIONS Dimensions and weight: • Width: not more than 550 mm • Depth: not more than 750 mm • Weight: not more than 84 kg (without peripherals) MONITOR • 21.5 inches or larger • Touch screen for controls • Full-color 13.3-inch or larger capacitive touch screen for easy navigation and system interaction CONTROL PANEL • Backlit panel buttons for operation in low-light environments • Multiple programmable keys provided PROBE PORTS AND HOLDERS • Not less than 5 probe ports (sockets) • Equipped with a pencil probe port	
--	---	--

	• Not less than 7 probe holders • Equipped with gel warmer • Not less than 2 cable hangers OTHERS • The equipment and accessories must comply with IEC 60601 safety requirements or equivalent • The equipment and accessories must remain fully operational within a voltage range of 115/200 to 240V $\pm 10\%$, 50 or 60 Hz • The system must be certified by FDA or CE. A copy of the certificate must be submitted with the offer • Integrated battery must be available and support continuous operation for at least 1.5 hours	
6	Rentgen digjital	
	X-ray system digital - static Technical requirement DESCRIPTION OF FUNCTION Digital Radiography system with dual flat panel detector, capable to take digital images in horizontal, vertical and oblique positions of all skeletal body including spine and chest OPERATIONAL REQUIREMENTS Integrated tube stand assembly with no wall/ceiling supports to ensure fast installation 4-way floating table top examination bed and vertical movement Rotating Tube stand that supports off-table radiography High frequency generator with automated exposure control (AEC) and anatomical programmable radiography (APR). Wall stand for chest radiography	Kërkesat Teknike 1. PËRSHKRIMI I FUNKSIONIT Sistem i Radiografisë Digjitale me dy detektorë flat panel, i aftë të realizojë imazhe digjitale me cilësi të lartë në pozita horizontale, vertikale dhe të pjerrëta, për ekzaminime të të gjithë sistemit skeletor, përfshirë shtyllën kurrizore dhe gjoksit. • Asamble e integruar e mbajtësit të tubit pa nevojë për mbështetje në mur ose tavan, për instalim të shpejtë. • Tavolinë ekzaminimi me lëvizje katërkahëshe dhe me rregullim vertikal të lartësisë. • Mbajtës rrotullues i tubit që mundëson radiografi jashtë tavolinës. • Gjenerator me frekuencë të lartë me:

The detectors should be one wi-fi and one fixed. Maintain and manage data bank of all patient and image data. Retrieve and reproduce accurate, high quality high resolution images from stored data without loss of image quality. X-RAY GENERATOR Generator should be of latest high frequency inverter technology for constant output and lowest radiation doses Generator should be high frequency/inverter type operating at $\min \geq 430$ KHz Kv range: 40 -150 kV with 1 kV steps. Exposure time range: 1 millisecond (or less) to 6 seconds (or more). Digital Display of mA, kV, mAs on console panel Generator Min 60kW wish Spee Should have mA range: 10-800 milliamperes (or more). Should have mAs range: 0.1-1000 (or more) Power input to be 220-240 VAC, 50 Hz or three phase 380-400VAC, 50Hz with transformer provided by the supplier if the voltage is different, fitted with industrial plug. Automatic compensation of the line tension of at least $\pm 10\%$. X-RAY TUBE AND COLLIMATOR Should be a high speed rotating anode dual focus tube of 3000 rpm compatible with the generator. Should have dual focal spots with the following focal spot size range: small focal spot size: 0.6 or better, large focal spot size: 1.2mm or better. Tube anode heating capacity: at least minimum 300KHU or more. Tube housing heat storage capacity $\geq 1300W$ Should have collimator manual type with laser and at least 3 filters Operation of the functions as grid, focal distance, parameters of the generator should be in front panel of min 8" on the tube and should be with technology Touch screen monitor Automatic exposure control (AEC) should be available	○ Kontroll Automatik të Ekspozimit (AEC) ○ Radiografi të Programuar Anatomike (APR) • Stand vertikal për radiografi të gjoksit. • Njëri detektor duhet të jetë wireless (Wi-Fi) dhe tjetri fiks. • Sistemi duhet të ruajë dhe menaxhojë databazën e pacientëve dhe imazheve. • Mundësi rikthimi dhe riprodhimi të imazheve pa humbje cilësie. • Teknologji moderne inverter me frekuencë të lartë, me dalje konstante dhe dozë minimale rrezatimi. • Frekuenca e gjeneratorit: ≥ 430 kHz • Diapazoni kV: 40 – 150 kV, me hapa prej 1 kV • Koha e ekspozimit: 1 ms ose më pak deri në 6 sekonda ose më shumë • Ekran digjital për mA, kV dhe mAs në panelin e kontrollit • Fuqia minimale: 60 kW • Diapazoni mA: 10 – 800 mA ose më shumë • Diapazoni mAs: 0.1 – 1000 mAs ose më shumë • Furnizimi me energji: ○ 220–240 VAC, 50 Hz njëfazore, ose ○ 380–400 VAC, 50 Hz trefazore • Transformator të sigurohet nga furnizuesi nëse nevojitet. • Kompensim automatik i tensionit: $\pm 10\%$ minimum • Tub me anodë rrotulluese me shpejtësi të lartë, me dy fokuse, minimum 3000 rpm • Pikat fokale: ○ Fokus i vogël: 0.6 mm ose më mirë ○ Fokus i madh: 1.2 mm ose më mirë • Kapacitet termik i anodës: ≥ 300 KHU • Kapacitet termik i mbështjellësit: ≥ 1300 Wh • Kolimator manual me laser dhe minimum 3 filtra • Panel kontrolli në kokën e tubit me ekran me prekje minimum 8" për: ○ Gridin ○ Distancën fokale (SID) ○ Parametrat e gjeneratorit • Kontroll Automatik i Ekspozimit (AEC) • Kolimator me shumë fletë me dritë halogjene dhe fikje automatike
---	--

Should have a multi leaf collimator having halogen/bright light source with auto shut provision for the light. Should have over load protection X-RAY TABLE / HORIZONTAL BUCKY Table top should be a carbon fiber top at least (235) cm (length) and 80 cm (width) Table top height (from ground) to be at least 55cm up to minimum 85 cm with motorized control Table top material to have low radiation absorption – max 0.6 mmAL The unit should be coupled to a horizontal table having floating table top with both longitudinal (at least +/- 50cm) and transverse (at least +/- 12.5cm) movements. It should have front pedals integrated in the table with electromagnetic locks for locking and releasing the table movements. The table should have a bucky with a grid ratio of 12:1 (or better) at a focal distance of 100 cm. Grid on table should be R12-L102 Equipment should perform Auto-Tracking in horizontal way with tube stand Two AEC chambers, one Ion chamber. The system should have a weight bearing capacity of 250kg or more. Power input to be 220-240VAC, 50Hz Patient hand grips Longitudinal travel of the detector under table should be minimum 55 cm VERTICAL TUBE STAND Tube stand to be integrated with table, requires no wall/ceiling support It should have manual locking for various movements It should have movements in all directions i.e. longitudinal 200 cm or more All movements should have electromagnetic brakes with fully counter balanced mechanism. It should have provision of auto centering with the detector. Tube rotation at vertical axis should be $\pm 90^\circ$ and horizontal axis at least $\pm 145^\circ$ degree and should be motorized	• Mbrojtje nga mbingarkesa • Sipërfaqe tavoline nga fibër karboni: minimum 235 cm x 80 cm • Lartësia e tavolinës me lëvizje motorike: 55 cm deri 85 cm minimum • Absorbim i ulët i rrezatimit: maksimum 0.6 mm Al • Lëvizje të sipërfaqes së tavolinës: ◦ Gjatësore: ± 50 cm minimum ◦ Anësore: ± 12.5 cm minimum • Pedale këmbësh me bllokim elektromagnetik • Grid në bucky me raport 12:1 ose më mirë • Distançë fokale: 100 cm • Tipi i gridit: R12-L102 • Auto-tracking me mbajtësin e tubit • Dy dhoma AEC dhe një ion chamber • Kapacitet peshe pacienti: ≥ 250 kg • Furnizimi me energji: 220–240 VAC, 50 Hz • Mbajtëse duarsh për pacientin • Lëvizja gjatësore e detektorit nën tavolinë: ≥ 55 cm • I integruar me tavolinën, pa nevojë për mur ose tavan • Bllokim manual i lëvizjeve • Lëvizje gjatësore: ≥ 200 cm • Frenim elektromagnetik me sistem të balancuar • Auto-qendrim me detektorin • Rrotullim i tubit: ◦ Boshti vertikal: $\pm 90^\circ$ ◦ Boshti horizontal: $\pm 145^\circ$ minimum • Rrotullim motorik • Auto-tracking me detektorin e tavolinës • Detektor i integruar për imazhe horizontale, vertikale dhe të pjerrëta • I përshtatshëm për ekzaminime të kafkës, skeletit, shtyllës kurrizore, gjoksit, gjurit dhe kyçit në pozicion me peshe • Lëvizja e qendrës së detektorit: 44 cm deri >180 cm minimum • Lartësia e kolonës: ≥ 235 cm • Grid i heqshëm tip R12-L102 • SID: ≥ 175 cm • Stand motorik • Auto-tracking me tubin
--	--

Equipment should perform Auto-Tracking of tube stand in horizontal with table detector VERTICAL DETECTOR STAND Should have a mandatory in-built detector capable to take digital images in horizontal, vertical and oblique positions with suitable movements allows for a complete range of exams from skull, skeletal body including spine, chest, bearing knee and ankle exams. Wall Bucky should travel from min 44cm to >180cm from the detector center Colum high should be min 235 cm Longitudinal travel of the detector under table should be minimum 55cm Grid on wall Bucky should be removable with R12-L102 and with SID min 175cm Wall stand should be motorized and should have the auto-tracking of tube stand with wall bucky in its vertical position Removable grids for dose management DIGITAL DETECTOR One Wi-Fi detector in the radiological table and in the vertical/chest bucky. Wifi detector should be 35x43cm Pixel matrix at least 3000x4000 pixels. Pixel should be max 100 µm. Conversion at least 16 bit. DQE @ 0 lp/mm > 70% Battery should last for at least 7 hours or 1500 images Interface: Ethernet (1000 Base-T). Cables and necessary input and output devices (USB) to connect it to the Computer. The detector software shall be capable of operating with Windows 7 (OS) or higher. DR WORKSTATION (IMAGE ACQUISITION, IMAGE PROCESSING) The digital workstation should be based on the latest high speed processors of at least 64 bit, Monitor should be min 2MP and 23" with touch screen, color integrated with the generator. PC should be with minimum requirements 2.0 GHz. 16GB Ram. Storage capacity min 1 TB It should have the capability of acquiring the	• Grid i heqshëm për menaxhim të dozës • Një detektor Wi-Fi dhe një detektor fiks • Madhësia: 35 x 43 cm • Matrica e pikselëve: minimum 3000 x 4000 • Madhësia e pikselit: $\leq 100 \mu\text{m}$ • Konvertim: minimum 16 bit • DQE @ 0 lp/mm: >70% • Bateria: minimum 7 orë ose 1500 imazhe • Ndërfaqja: Ethernet 1000 Base-T • USB dhe pajisjet lidhëse të nevojshme • Kompatibil me Windows 7 ose më lartë • Procesor modern 64-bit • Monitor: minimum 23", 2MP, touchscreen • CPU: minimum 2.0 GHz • RAM: 16 GB minimum • Ruajtje: 1 TB minimum • Koha e shfaqjes së imazhit: 4 sekonda ose më mirë • DICOM ready me integrim RIS / HIS / PACS Funksionet DICOM • Store • Print • Eksport CD/DVD • MPPS • Worklist Softueri i Përpunimit • Renditje sipas emrit, datës, ekzaminimit etj. • Përzgjedhje automatike pediatrike sipas datëlindjes • Përzgjedhje automatike sipas BMI • Heqje artefaktesh nga rrezatimi i shpërndarë • Heqje linjash të gridit • Reduktim i artefakteve metalike • Rrotullim dhe prerje automatike • Njohje anatomike me AI dhe optimizim automatik • Stitching për imazhe të gjata Aksesorët • Maus • Tastierë
--	---

image from the detector system. Should have preview time 4 seconds or better. The system should be ready DICOM interface and networking capability with RIS/HIS/PACS. The system should have DICOM (store, print, CD/DVD, MPPS worklist)+ CD Advance Post Processing Software with function: for sorting of patient image based on name, date, exam etc. using predefined parameters or user defined and stored image parameters; All the accessories like mouse, keyboard, power cable, UPS for workstation. Automatic pediatric patient size selection depending on the birth date. Automatic patient size selection depending on BMI (Body Mass Index). Advanced post processing functions: • Filter to remove artifacts of scattered radiation • Algorithm to remove anti-scatter grid lines artifacts • Automatic attenuation of metal prostheses artifacts • Automatic rotation and cropping of the image • AI algorithm to detect anatomical parts on the image to automatically optimize the processing The digital system should perform the stitching of images X-RAY IMAGER Dry laser printer for x-ray imaging. Automatic recognition of film format. Multi-format laser imager, suitable for all standard formats up to 35x43 cm, compatible with all image formats produced by the x-ray digital detector supplied in this lot. Throughput ≥ 65 films/hour Grayscale contrast ≥ 14 bits and geometrical resolution ≥ 320 ppi. At least blue and clear film type compatibility. DICOM 3.x last version full compliant. Direct communication capability with workstations SYSTEM CONFIGURATION ACCESSORIES, SPARES AND CONSUMABLES	• UPS • Kabllo energjie 10. IMAGER I RREZEVE X (PRINTER LASER DRY) • Printer laser dry për filma radiologjikë • Njohje automatike e formatit të filmit • Formate deri 35 x 43 cm • Kompatibil me sistemin DR të ofruar • Kapacitet: ≥ 65 filma/orë • Kontrast grayscale: ≥ 14 bit • Rezolucion: ≥ 320 ppi • Kompatibil me film blu dhe transparent • Plotësisht DICOM 3.x compliant • Komunikim direkt me workstation • Minimum 2 pako filmash 35 x 43 cm për printerin laser.
--	---

	At least 2 pack of films 35x43 for laser imager	
7	EKG	
	3, 6, 12-channel • 12 standard ECG leads • Manual and automatic modes • Alphanumeric keyboard • LCD TFT touch screen (minimum 7", 800x480) • On-screen preview of stored examinations from the database • On-screen review of analyses and interpretations of stored examinations • Automatic paper loading • Analysis and interpretation • Pacemaker detection • Sensitivity: 2.5 / 5 / 10 / 20 mm/mV • Paper speed: 5 / 10 / 25 / 50 mm/s • Baseline filters; available filters: 0.15 Hz, 0.45 Hz, 0.75 Hz, 1.5 Hz • Power line interference filter: 50 Hz, 60 Hz • Muscle artifact filter: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz • Internal memory for 1000 examinations • Patient database capacity of 1000 patients • Input circuit protected against defibrillator impulses • Battery charging indicator • Communication with PC (USB device) supporting ECG examination management (CardioTEKA) • Capability to send ECG examinations	Elektrokardiograf (ECG) 3, 6, 12 Kanale Kërkesat Teknike • 12 derivacione standarde ECG • Modalitet manual dhe automatik • Tastierë alfanumerike • Ekran LCD TFT me prekje, minimum 7", rezolucion 800 x 480 • Parapamje në ekran e ekzaminimeve të ruajtura në databazë • Rishikim në ekran i analizave dhe interpretimeve të ekzaminimeve të ruajtura • Vendosje automatike e letrës • Analizë dhe interpretim automatik • Zbulim i pacemaker-it • Ndjeshmëria: 2.5 / 5 / 10 / 20 mm/mV • Shpejtësia e letrës: 5 / 10 / 25 / 50 mm/s • Filtra të vijës bazë; filtrat e disponueshëm: 0.15 Hz, 0.45 Hz, 0.75 Hz, 1.5 Hz • Filtër kundër ndërhyrjes së rrjetit elektrik: 50 Hz / 60 Hz • Filtër kundër artefakteve muskulore: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz • Memorie e brendshme për 1000 ekzaminime • Kapacitet databaze për 1000 pacientë • Qark hyrës i mbrojtur nga impulset e defibrilatorit • Tregues i karikimit të baterisë • Komunikim me PC përmes USB device, me mbështetje për menaxhimin e ekzaminimeve ECG (CardioTEKA)

	and medical data via email directly from the device • Wireless connection (Wi-Fi) or standard wired connection via LAN or internet • Archiving of examinations for a defined period on USB • Recording of ECG examinations on the device • A4 printing on an external printer (via USB host) • Main power supply: 100–240 V, 47–63 Hz • Internal rechargeable battery: 7.2 V / 2.2 Ah • Battery capacity: 130 automatic examinations ACCESSORIES • ECG cable • Set of 6 suction electrodes • Set of 4 limb clamp electrodes • Gel • ECG paper • Ethernet cable	• Mundësi dërgimi të ekzaminimeve ECG dhe të dhënave mjekësore përmes email-it direkt nga pajisja • Lidhje pa tela Wi-Fi ose lidhje standarde me kabllo përmes LAN / internetit • Arkivim i ekzaminimeve për periudhë të caktuar në USB • Regjistrim i ekzaminimeve ECG në pajisje • Printim në format A4 në printer të jashtëm (përmes USB host) • Furnizimi kryesor me energji: 100–240 V, 47–63 Hz • Bateri e brendshme e rikarikueshme: 7.2 V / 2.2 Ah • Kapaciteti i baterisë: 130 ekzaminime automatike AKSESORËT • Kabllo ECG • Set prej 6 elektrodash me vakum (suction electrodes) • Set prej 4 elektrodash për gjymtyrë me kapëse • Xhel • Letër ECG • Kabllo Ethernet
8	Oto-Oftalmoskop set	
	- Otoscope and ophthalmoscope with one handle - Accessories: batteries, bulbs, speculums	Kërkesat Teknike • Otoskop dhe oftalmoskop me një dorezë të përbashkët • Seti duhet të përfshijë: ○ Bateri ○ Llamba ○ Spekulumë për otoskop
9	Shtrat per emergjence	
	- Detailed requirements: - Emergency and Trauma Patient Transfer stretcher should be used for reanimation, transportation, and examination. - Backrest adjusted by gas spring - Foldable polyurethane side rails easy and safe handling, solid and hygienic	Shtrat për Emergjencë Kërkesat Teknike Përshkrimi i Përgjithshëm • Shtrati transportues për emergjencë dhe traumë

- Construction, no danger of accidental crushing - ABS mattress platform is easy to clean - Approximately 15cm castors with central locking - High/Low, trendelenburg/reverse trendelenburg positions - Easy adjustment by levers located on both sides - Footrest manual adjustment - Side rails - metal - X-ray translucent sleep surface - Side rails : 2 pcs - Patient belt for fastening 1.pcs - Oxygen tank holder 1.pcs - Height adjustable IV pole 1pcs - Coating: Must be painted with electrostatic powder paint (RAL 7016 and RAL 1023). - Bed Platform: Compact laminate HPL, four pieces and 12 mm thick. - Mattress: Liquid-tight, flame-retardant, anti-bacterial PU cover. - External Dimensions: 1960 mm x 780 mm (crash bumper to crash bumper) ($\pm 2\%$) - Bed Platform: 1840 mm x 600 mm ($\pm 2\%$) - Mattress with cover : 1850 x 600 x 80 mm ($\pm 2\%$), (Polyurethane foam mattress, antibacterial, autoclavable at 135 degree) 1.pcs - Plastic crash bumpers - Technical Details: - Height range: approximately 770-1060mm, ($\pm 2\%$) - Trendelenburg ≥ 18 degrees - Reverse trendelenburg ≥ 18 degrees - Backrest angle ≥ 70 degrees - External Dimensions: 1965 x 780mm, ($\pm 2\%$) - Patient surface width minimum 600mm, ($\pm 2\%$) - Backrest adjusted by gas spring - Castor diameter from 15 -20cm.	duhet të përdoret për reanimim, transport dhe ekzaminim të pacientit. • Mbështetësja e shpinës të rregullohet me gas spring. • Anësore të palosshme prej poliuretani për përdorim të sigurt, të lehtë dhe higjienik. • Konstruksion i sigurt, pa rrezik shtypjeje aksidentale. • Platformë dysheku prej ABS, e lehtë për pastrim. • Rrota me diametër afërsisht 15 cm, me sistem qendror bllokimi. • Pozicionet: ○ Lart / Poshtë ○ Trendelenburg ○ Reverse Trendelenburg • Rregullim i lehtë me leva në të dy anët. • Mbështetëse këmbësh me rregullim manual. • Anësore metalike. • Sipërfaqe shtrirjeje e tejdukshme për rreze X. Pajisjet dhe Aksesorët • Anësore mbrojtëse: 2 copë • Rrip sigurie për pacientin: 1 copë • Mbajtës për bombolë oksigjeni: 1 copë • Shtyllë IV me lartësi të rregullueshme: 1 copë • Parakolp plastik mbrojtës në qoshe. • Aksesorë standard sipas prodhuesit. Materiali dhe Përfundim • Korniza duhet të lyhet me bojë pluhur elektrostatiqe (RAL 7016 dhe RAL 1023). • Platforma e shtratit: Compact Laminate HPL, në katër pjesë, trashësi 12 mm. • Dysheku: ○ I papërshkueshëm nga lëngjet ○ Rezistent ndaj zjarrit ○ Mbulesë PU antibakteriale Dimensionet • Dimensionet e jashtme: 1960 x 780 mm (nga bumper në bumper) ($\pm 2\%$) • Platforma e shtratit: 1840 x 600 mm ($\pm 2\%$) • Dysheku me mbulesë: 1850 x 600 x 80 mm ($\pm 2\%$)
--	---

	- Load: ~ 250kg - Accessories: Standard Accessories	• Dyshek prej sfungjeri poliuretani, antibakterial, i autoklavueshëm në 135°C Specifikimet Teknike • Lartësia e rregullueshme: 770 – 1060 mm ($\pm 2\%$) • Trendelenburg: $\geq 18^\circ$ • Reverse Trendelenburg: $\geq 18^\circ$ • Këndi i mbështetëses së shpinës: $\geq 70^\circ$ • Gjerësia e sipërfaqes së pacientit: minimum 600 mm ($\pm 2\%$) • Rregullim i shpinës me gas spring • Diametri i rrotave: 15 – 20 cm • Kapaciteti mbajtës: rreth 250 kg
10	Otoman	
	- Examination table of high quality with head supporter and mechanical adjustment of the position of the head. - Material - Main Body: The body of the table must be made of approximately 30x30x1.2mm profile. - The body must be painted with RAL 9010 electrostatic powder paint. - Bed Surface: There must be a bed platform covered with vinyl on sponge. - Dimensions - External Dimensions: 600 mm x 1800 mm ($\pm 2\%$) - Foldable - Height: 740 mm ($\pm 2\%$) - Security - Foldable Foot: The foot part must be foldable. - Safety: It should be free from sharp edges and corners. - Accessories and Extras - Back Adjustment: There must be manual back adjustment. - Towel Holder: Towel holder should be	• Tavolinë ekzaminimi e cilësisë së lartë me mbajtëse për kokën dhe rregullim mekanik të pozicionit të kokës. Materiali: • Trupi kryesor: struktura duhet të jetë e punuar nga profil afërsisht 30 x 30 x 1.2 mm. • Trupi duhet të jetë i lyer me bojë pluhur elektrostatische RAL 9010. • Sipërfaqja e shtratit: duhet të ketë platformë të mbuluar me vinleks mbi sfungjer. Dimensionet: • Dimensionet e jashtme: 600 mm x 1800 mm ($\pm 2\%$). • Lartësia: 740 mm ($\pm 2\%$). Palosshmëria: • Pjesa e këmbëve duhet të jetë e palosshme. Siguria: • Duhet të jetë pa skaje dhe qoshe të mprehta. Aksesorë dhe shtesa: • Rregullim manual i shpinës. • Mbajtëse për peshqir (towel holder) e përfshirë.

	included.	
11	Paravan	
	Material a. Main Body: A pipe with a diameter of approximately 21x1 mm should be used in the construction of the screen. b. Screen Wing Cloths: They should be made of white fabric material, easy to clean and durable. Dimensions c. Width: 480 mm d. Length: 2380 mm e. Height: 1750 mm Design and Color f. Design: It should be lightweight, portable and foldable. g. Colour: The main body must be painted with electrostatic powder paint (RAL 9010). Screen wing cloths should be white fabric. Mobility h. Wheels: There should be wheels under the screen that provide ease of movement. i. Fold ability: All three panels must be independently foldable and portable. Stability and Security j. Safety: It should be free from sharp edges and corners. Additional Features	Kërkesat Teknike Materiali • Korniza kryesore: tub metalik me diametër përafërsisht 21 x 1 mm • Pëlhura e krahëve (screen wings): material tekstil i bardhë, i lehtë për pastrim dhe i qëndrueshëm Dimensionet • Gjerësia: 480 mm • Gjatësia: 2380 mm • Lartësia: 1750 mm Dizajni dhe Ngjyra • Dizajn: i lehtë, portativ dhe i palosshëm • Ngjyra e strukturës: e lyster me bojë pluhur elektrostatische RAL 9010 • Pëlhura e krahëve: tekstil i bardhë Lëvizshmëria • Rrota të vendosura në pjesën e poshtme për lëvizje të lehtë • Panelët duhet të jenë të palosshëm në mënyrë të pavarur (3 pjesë) • Lehtë për transport dhe zhvendosje

	k. Wings: Must be foldable. Removable Curtain: There must be a removable curtain on the wings.	Stabiliteti dhe Siguria • Strukturë e sigurt, pa skaje dhe kënde të mprehta • Stabilitet i garantuar gjatë përdorimit klinik Karakteristika Shtesë • Krahët (wings) duhet të jenë të palosshëm • Perde e heqshme e vendosur në krahë (removable curtain) • Mundësi çmontimi dhe pastrimi të lehtë
12	Mbajtese per infuzion	
	- External Dimensions :60x60cm - Height Adjustment : 130-240 cm - Should have 5 swivel castors/ minimum two of them lockable. - Castor Diameter: 50mm - Wight approximately: 4kg Features: - Stainless steel height adjustable IV stand - 4 stainless steel hooks - Stainless Steel base with swivel castors - Heavy duty wire basket (optional).	- Kërkesat Teknike - Dimensionet • Dimensionet e jashtme: 60 x 60 cm • Lartësia e rregullueshme: 130 – 240 cm • Pesha përafërsisht: 4 kg - Rrotat (Castors) • Duhet të ketë 5 rrota rrotulluese (swivel castors) • Të paktën 2 prej tyre me sistem bllokimi (lockable) • Diametri i rrotave: 50 mm - Karakteristikat • Shtyllë IV me rregullim të lartësisë, e punuar nga çelik inox (stainless steel) • 4 grepa inox për varjen e qeseve të infuzionit • Bazë prej çeliku inox me rrota rrotulluese për stabilitet dhe lëvizshmëri • Shportë metalike e rëndë (wire basket) – opsionale - Përshkrimi i Përgjithshëm • Konstruksion i qëndrueshëm, i lehtë për përdorim klinik • Dizajn higjienik dhe i lehtë për pastrim - • Stabilitet i lartë gjatë përdorimit në ambiente spitalore
13	Negatoskop	

- Subtlety - o It must be 75 mm thin. - Dimensions - o It should not be larger or thicker than 500 mm x 740 mm x 105 mm (width x length x thickness). - Light Technology - o It should provide homogeneous light distribution with LED technology. - Compatibility with Movies - o It must have special light characteristics that are suitable for x-rays and make it easier to read. - Light Color and Intensity - o Thanks to the adjusted light color and intensity, it allows long-term work without tiring the eyes. - LED Lamps - o Equipped with LED lamps, it should provide maximum savings in maintenance and material costs. - Controls - o There must be an on/off button for operation. - Body Material - o The body of the negatoscope/film viewer must be manufactured from 0.8 mm sheet metal and painted with electrostatic powder paint. - Assembly - o It should have the ability to hang on the wall. - o AC 220V, 50Hz mono-phase electrical source with line connection plug CEE7/7–Type F or compatible - o Compliance with applicable Kosovo standards and regulations	• Trashësia: duhet të jetë 75 mm. Dimensionet: • Nuk duhet të jetë më e madhe ose më e trashë se 500 mm x 740 mm x 105 mm (gjerësia x gjatësia x trashësia). Teknologjia e dritës: • Duhet të sigurojë shpërndarje homogjene të dritës me teknologji LED. Përshtatshmëria për filma: • Duhet të ketë karakteristika të veçanta të dritës të përshtatshme për rreze X dhe të lehtësojë leximin e tyre. Ngjyra dhe intensiteti i dritës: • Falë rregullimit të ngjyrës dhe intensitetit të dritës, mundëson punë afatgjatë pa lodhje të syve. Llambat LED: • I pajisur me llamba LED, duke ofruar kursim maksimal në mirëmbajtje dhe kosto materiale. Kontrollet: • Duhet të ketë buton ndezje/fikje (on/off). Materiali i trupit: • Trupi i negatoskopit/film viewer duhet të jetë i punuar nga llamarinë 0.8 mm dhe i lyer me bojë pluhur elektrostatiqe. Montimi dhe furnizimi: • Duhet të ketë mundësi montimi në mur. • Furnizimi me energji: AC 220V, 50Hz njëfazore me prizë CEE7/7 – Tip F ose kompatible. • Të jetë në përputhje me standardet dhe rregulloret në fuqi në Kosovë.
--	--

14	Tavoline medicinale per emergjence	
	- Material - o Main Material: Metal body made of 0.8 mm sheet metal. - o Coating: Must be painted with electrostatic powder paint (RAL 7035). - o Extra Material: ABS top plate. - o Anti-microbial, heavy duty, disinfect able cart body. - Dimensions - o External Dimensions: 550mm x 1000 mm ($\pm 2\%$) - o Height: 1050 mm ($\pm 2\%$) - Design and Color - o Design: It must have an ergonomic design suitable for hospital use. - o Colour: Light Gray (RAL 7035). - Standard Equipment and Features - o Body: Metal body. - o Top Table: Top plate made of ABS material. - o Pushing Handle: Metal pushing handle. - o Medicine Eyes: Transparent medicine eyes (30 pieces). - o The drawers shall be equipped with internal dividers. - o Trash Can: Stainless steel trash can. - o File and Probe Eye: File and probe eye. - o Drawer: Wooden drawer (1 piece). - o Medicine Preparation Shelf: Medicine preparation shelf (1 piece). - o Wheels: 100 mm diameter wheels, two of which are locked. - o Key and passive/transport security locking systems - Mobility - o Wheels: There must be wheels	Kërkesat Teknike Materiali • Materiali kryesor: trup metalik prej fletë metali 0.8 mm • Veshja: bojë pluhur elektrostatische RAL 7035 • Sipërfaqe e sipërme: material ABS • Trup karroce antimikrobik, i qëndrueshëm dhe i dezinfektueshëm Dimensionet • Dimensionet e jashtme: 550 mm x 1000 mm ($\pm 2\%$) • Lartësia: 1050 mm ($\pm 2\%$) Dizajni dhe Ngjyra • Dizajn ergonomik, i përshtatshëm për përdorim spitalor • Ngjyra: Gri e çelët (RAL 7035) Pajisjet Standarde dhe Karakteristikat • Trup metalik i qëndrueshëm • Sipërfaqe e sipërme prej ABS • Dorezë shtytëse metalike • “Medicine eyes” transparente: 30 copë • Sirtarë me ndarje të brendshme • Kosh mbeturinash prej çelik inox • Mbajtëse për dosje dhe instrumente • Sirtar druri: 1 copë • Raft për përgatitje të barnave: 1 copë • Sistem mbylljeje me çelës dhe siguri transporti (lock system) Lëvizshmëria • Rrota me diametër 100 mm • 2 rrota me frenë (brake) • 2 rrota pa frenë • Mbajtëse për bombolë / shishe • Kontejner për mbeturina mjekësore

	with a diameter of 100 mm. ▪ Wheels with brake: 2 wheels with brake. ▪ Wheels without brakes: 2 wheels without brakes. ▪ Bottle Holder-Dust Bin ▪ Medical waste container ▪ IV pole - Security - o Safety: It should be free from sharp edges and corners. - User, Technical and Maintenance manuals in English language, and Albanian if available. - Any accessory, part or dedicated device needed to the proper equipment operation shall be included.	• Shtyllë IV (IV pole) e integruar Siguria • Strukturë pa skaje dhe kënde të mprehta • Siguri e lartë gjatë përdorimit në ambient spitalor Dokumentacioni • Manual përdorimi, teknik dhe mirëmbajtjeje në gjuhën angleze dhe shqip (nëse disponohet) Aksesorë Të gjitha pjesët, aksesorët dhe pajisjet ndihmëse të nevojshme për funksionim të plotë duhet të jenë të përfshira në ofertë
15	Tavoline medicinale per instrumente	
	- Overall size approximately: Height - 900mm, Width -2000mm, Depth- 800 mm - Material stainless steel AISI 304. - Trolley should be mounted on four 50 mm diameter castors two of them with brakes, 360-degree swivel casters. - Non rusting swivelling castor wheels, AISI 304 stainless steel trolleys, - All metal parts should be made of 304 quality chrome-nickel.	- Përmasat e përgjithshme përafërsisht: Lartësia – 900 mm, Gjerësia – 2000 mm, Thellësia – 800 mm. - Materiali: çelik inox AISI 304. - Karroca duhet të jetë e montuar në katër rrota me diametër 50 mm, dy prej tyre me frena, me rrotullim 360 gradë. - Rrota rrotulluese rezistente ndaj ndryshkut, për karroca prej çeliku inox AISI 304. - Të gjitha pjesët metalike duhet të jenë të prodhuara nga materiali krom-nikel i cilësisë 304.
16	Tavoline medicinale pe barera	

- Material - o Main Material: Metal body - o Coating: Must be painted with electrostatic powder paint (RAL 7035). - Dimensions - o External Dimensions: 540 mm x 900 mm ($\pm 2\%$) - o Height: 1060 mm ($\pm 2\%$) - Design and Color - o Design: It must have an ergonomic design suitable for hospital use. - o Colour: White (RAL 7035). - Functions - o Shelves: There should be metal shelves. - o Pushing Handle: There must be a metal pushing handle. - o Drawer: There should be a wooden drawer and a bowl storage device. - o Bottle holder: There must be a metal bottle holder. - o Dustbin - o Transparent medicine compartments – minimum 30 pieces. - o File and probe compartment. - o ABS top table - o Drawer separator - Mobility - o Wheels: There must be wheels with a diameter of 100 mm. ▪ Wheels with brake: 2 wheels with brake. ▪ Wheels without brakes: 2 wheels without brakes. - Security - o Safety: It should be free from sharp edges and corners. - Assembly - o ssembly: It must be designed to be easily mounted.	Materiali • Trup kryesor metalik • Veshje me bojë pluhur elektrostetike RAL 7035 • Struktura e qëndrueshme dhe e përshtatshme për përdorim spitalor Dimensionet • Dimensionet e jashtme: 540 mm x 900 mm ($\pm 2\%$) • Lartësia: 1060 mm ($\pm 2\%$) Dizajni dhe Ngjyra • Dizajn ergonomik, i përshtatshëm për ambiente spitalore • Ngjyra: e bardhë (RAL 7035) Funksonet dhe Pajisjet • Rafta metalike • Dorezë shtytëse metalike • Sirtar druri dhe pajisje për ruajtjen e enëve (bowl storage device) • Mbajtëse për shishe (metal bottle holder) • Kosh mbeturinash • Kompartimente transparente për barna: minimum 30 copë • Kompartiment për dosje dhe instrumente (file & probe compartment) • Sipërfaqe e sipërme prej ABS • Ndarëse për sirtarët (drawer separator) Lëvizshmëria • Rrota me diametër 100 mm • 2 rrota me frenë (brake) • 2 rrota pa frenë • Lëvizje e lehtë dhe stabilitet gjatë përdorimit Siguria • Strukturë pa skaje dhe kënde të mprehta • E sigurt për përdorim në ambient spitalor
---	--

		Montimi • Projektuar për montim të lehtë dhe praktik
17	Dollap metalik per garderobe	
	- Metal cabinet should be with two doors, for two persons, lockable doors for two persons, mirror for two persons and a place for clothes. - Material: must be high quality metal, electrostatic painted - Size approximately: 1000x500x h 2000 mm, - Cabinet with four plastic foiled legs, protecting floor. - Locking mechanism should be available on the doors. -	- Dollapi metalik duhet të jetë me dy dyer, për dy persona, me dyer që mbyllen me çelës për dy persona, me pasqyrë për dy persona dhe me hapësirë për rroba. - Materiali: duhet të jetë metal i cilësisë së lartë, i lyer me ngjyrë elektrostatiqe. - Përmasat afërsisht: 1000 x 500 x lartësia 2000 mm. - Dollapi me katër këmbë plastike të veshura, për mbrojtjen e dyshemesë. - Mekanizmi i mbylljes duhet të jetë i vendosur në dyer.
18	Dollap metalik per barna	
	- Specifications for cabinet are as follows: enamelled steel – (metal) structures, reinforced with tempered glass, rack – mounted adjustable glass shelves of high quality. - Cabinet – with two door - Technical characteristics - Approximate Size in cm: - Cabinet with approximate dimensions of 410 x 900x 1800 cm, (two door, adjustable shelves three pieces) - Cabinet legs foiled with plastic material to protect floor	- Specifikimet për dollapin janë si vijon: strukturë prej çeliku të emaluar (metal), e përforcuar me xham të kalitur, me rafte xhami të rregullueshme dhe të montuara në mbajtëse, të cilësisë së lartë. - Dollapi me dy dyer. - Përmasat afërsisht në cm: 410 x 900 x 1800. - Dollapi me dimensione të përafërta 410 x 900 x 1800 cm, me dy dyer dhe tre rafte të rregullueshme. - Këmbët e dollapit të veshura me material plastik për mbrojtjen e dyshemesë. - Mekanizmi i mbylljes duhet të jetë i vendosur në derë.

	- Locking mechanism should be available on the door. - Metal parts should be coated with electrostatic powder paint	- Pjesët metalike duhet të jenë të lyera me bojë pluhur elektrostatiqe.
19	Shkalle per otoman	
	- Material: 304 quality stainless steel - Steps should be designed for operating and intervention rooms. - The steps must be made of anti-slip, stainless material. - Bearer legs of the steps have been made of seamless stainless steel profile. - Approximately dimensions: 35 x 55 x 20 cm	- Materiali: çelik inox i cilësisë 304. - Shkallët duhet të jenë të dizajnuara për sallat operative dhe dhomat e intervenimit. - Shkallët duhet të jenë të punuara nga material inox kundër rrëshqitjes. - Këmbët mbajtëse të shkallëve duhet të jenë të punuara nga profil inox pa saldim. - Përmasat afërsisht: 35 x 55 x 20 cm.
20	Dobosh	
	- Diametr: 190 mm - Height: 160 mm - Stainless Steel AISI304	- Diametri: 190 mm - Lartësia: 160 mm - Materiali: çelik inox AISI 304
21	Shtrat per infuzione	
	1. Ergonomic Hospital Bed with polymer/plastic base, removable and suitable for disinfection. 2. Stainless steel structure (AISI 304), or other metal heavy-duty alloy, high quality epoxy-polyester powder external coating (RAL 705 or equivalent) , all parts shall be anti-corrosion and resistant to hospital-grade disinfectant products; 3. Mounted on castor anti-static wheels, with double braking system. 4. Equipped with downside-foldable side barriers. 5. Equipped with plastic bumpers and receptacles for patient-lifting and/or IV poles.	1. Krevat spitalor ergonomik me bazë polimer/plastike, i lëvizshëm dhe i përshtatshëm për dezinfektim. 2. Strukturë prej çeliku inox (AISI 304) ose aliazh tjetër metalik të rëndë, me veshje të jashtme me pluhur epoksi-poliester me cilësi të lartë (RAL 705 ose ekuivalent), të gjitha pjesët duhet të jenë antikorrozive dhe rezistente ndaj produkteve dezinfektuese spitalore. 3. I montuar mbi rrota antistatike me sistem frenimi të dyfishtë. 4. I pajisur me barriera anësore të palosshme poshtë. 5. I pajisur me mbrojtëse plastike dhe mbajtëse për ngritjen e pacientit dhe/ose shtyllë infuzioni (IV). 6. Ballinat dhe parmakët: ballina ABS dhe parmakë ABS. Dimensionet:

6. Headers and Railings: ABS headers and ABS railings Dimensions: a) External Dimensions: 1075 mm x 2025 mm ($\pm 2\%$) b) Bed Platform: 900 mm x 1900 mm ($\pm 2\%$) c) Adjustable bed platform height Bed Height: 500 mm ($\pm 2\%$) d) Adjustable Back Angle, Maximum: 70° e) Adjustable Knee Angle, Maximum: 40° f) Trendelenburg: : 12° g) Head Height: 420 mm ($\pm 2\%$) h) Under Bed Space: 160 mm ($\pm 2\%$) i) Safe Working Load: minimum 150 kg j) Carrying Capacity: ≥ 300 kg 7. Easily removable head and foot ends. 8. Mattress base consisting of rigid non-conductive and radiolucent surfaces to allow x-ray exams and cardiopulmonary resuscitation. 9. Bed base with mattress retainers. 10. Mattress thickness ≥ 140 mm, density ≥ 50 kg/m³, enclosed in a removable waterproof cover. 11. Latex-free, non-toxic and non-carcinogenic materials, fire-resistant 12. Antibacterial, no allergic, latex-free, water resistant mattress, resistant to hospital-grade disinfection products. 13. Wired remote control of electric movements. 14. Position reset functions, in case of device failure or power interruption. a) Bed's frame part should be profile dimension with approximately: 50 x 30 x 1.5 mm; b) Supplied with IV pole and urine/liquid sack holder. c) Castors diameter ≥ 125 mm, two	a) Dimensionet e jashtme: 1075 mm x 2025 mm ($\pm 2\%$) b) Platforma e krevatit: 900 mm x 1900 mm ($\pm 2\%$) c) Lartësia e rregullueshme e platformës së krevatit: 500 mm ($\pm 2\%$) d) Këndi maksimal i shpinës: 70° e) Këndi maksimal i gjunjëve: 40° f) Trendelenburg: 12° g) Lartësia e kokës: 420 mm ($\pm 2\%$) h) Hapësira nën krevat: 160 mm ($\pm 2\%$) i) Ngarkesa e sigurt e punës: minimum 150 kg j) Kapaciteti mbajtës: ≥ 300 kg 7. Pjesët e kokës dhe këmbëve të hiqen lehtë. 8. Baza e dyshekut e përbërë nga sipërfaqe të forta, jo përçuese dhe radioluciente, që mundësojnë ekzaminime me rreze X dhe reanimim kardiopulmonar. 9. Baza e krevatit me mbajtëse për dyshek. 10. Trashësia e dyshekut ≥ 140 mm, dendësia ≥ 50 kg/m³, e mbuluar me mbështjellës të heqshëm dhe rezistent ndaj ujit. 11. Materiale pa latex, jo toksike, jo kancerogjene dhe rezistente ndaj zjarrit. 12. Dyshek antibakterial, pa alergji, pa latex, rezistent ndaj ujit dhe ndaj produkteve dezinfektuese spitalore. 13. Telekomandë me kabllo për lëvizjet elektrike. 14. Funksione rikthimi të pozicionit në rast defekti ose ndërprerjeje të energjisë. a) Korniza e krevatit duhet të jetë me profil afërsisht: 50 x 30 x 1.5 mm. b) Të furnizohet me shtyllë infuzioni dhe mbajtëse për qese urine/lëngjesh. c) Diametri i rrotave ≥ 125 mm, dy me frenim. d) Mbajtës për kasetë rreze X për secilin krevat manual të përfshihet në ofertë. Rregullimet manuale: a) Rregullimi i mbështetëses së këmbëve – manual. b) Rregullimi i mbështetëses së shpinës – manual. c) Rregullimi i mbështetëses së kofshëve – manual. d) Platformë krevatit ABS: e heqshme. e) Parmakë anësorë alumini. f) Parmakë ABS: hapen dhe mbyllen lehtë dhe duhet të lëvizin njësoj me sipërfaqen e krevatit. g) Tregues këndi: tregon këndin e shpinës.
--	--

	with brake. d) X-Ray cassette holder each manual bed to be included in offer. Manual Settings: a) Footrest adjustment – manual b) Backrest adjustment – manual c) Thigh rest adjustment – manual. d) ABS Bed Platform: Removable e) Aluminium side rails f) ABS Railings: It can be opened and closed easily and should be able to make the same movement depending on the movements of the bed surface. g) Angle Indicators: Shows the back angle. h) Serum Hanger: Height adjustable. i) Wheels: Two locked, 12.5 cm diameter. j) Crash Buffer Wheels: Protective bumper against crashes at four corners. k) Electrostatic Powder Coated Body: RAL 7035 l) Orthopedic Traction Frame m) Grab Bar n) Center Direction Locking Wheel	h) Mbajtës serumi: lartësi e rregullueshme. i) Rrota: dy të bllokueshme, diametër 12.5 cm. j) Rrota mbrojtëse kundër goditjeve në katër qoshet. k) Trup i lyer me pluhur elektrostatik: RAL 7035. l) Kornizë ortopedike për tërheqje. m) Shufër mbajtëse. n) Rrotë me sistem bllokimi qendror të drejtimit.
22	Gershene	
	- Metzenbaum - 17-18cm Stainless Steel	- Metzenbaum - Gjatësia: 17-18 cm - Materiali: çelik inox
23	Ulese treshe	
	- Body Material: Electrostatic powder coated metal body - The waiting chairs must be with three seats - Sitting and Reclining Surface: Synthetic leather coated - Leg Part: Round tube - Balance Adjustment: Adjustable special pings used to provide balance under the feet. - Feet foiled with plastic to protect the	- Materiali i trupit: trup metalik i lyer me pluhur elektrostatik. - Karriget e pritjes duhet të jenë me tre ulëse. - Sipërfaqja e uljes dhe mbështetësja: e veshur me lëkurë sintetike. - Pjesa e këmbëve: tub i rrumbullakët. - Rregullimi i balancës: përdoren mbështetëse speciale të rregullueshme nën këmbë për sigurimin e balancës. - Këmbët të veshura me plastikë për mbrojtjen e dyshemesë. - Lartësia: 43 cm.

	floor. - Height: 43 cm - Exterior Dimensions approximately (LxWxH) : 65 x 155 x 80 cm	- Dimensionet e jashtme afërsisht (Gj x Gjer x L): 65 x 155 x 80 cm.
24	Ulese per mjek	
	- Made of stainless metal material - It should have a place for back support. - Height adjustable should be from hydraulic piston. - Seat diameter from :33-38 cm - The sitting surface of the stool should have an ergonomic structure. - Seat should be made from high quality vinlex covered foam. - Seat adjustment Lock: stool seat swivel by lifting foot pedal. - Foot should be made from high quality stainless steel material. - Five 360° swivel casters. - Seat Platform height: 560-720 mm (±10%) - Dimensions of castors: ≥ Ø 50 mm. - The height of the stool should be adjusted by a foot pedal, controlled with a gas piston. - The stool should have the ability to make a rocking movement with the manual control located under the seat	- I punuar nga material metalik inox. - Duhet të ketë mbështetëse për shpinë. - Rregullimi i lartësisë duhet të bëhet me piston hidraulik. - Diametri i ulëses: 33–38 cm. - Sipërfaqja e ulëses duhet të ketë strukturë ergonomike. - Ulësja duhet të jetë e punuar nga sfungjer i veshur me vinleks të cilësisë së lartë. - Bllokimi/rregullimi i ulëses: ulësja rrotullohet me ngritjen e pedalës së këmbës. - Baza duhet të jetë e punuar nga material inox i cilësisë së lartë. - Pesë rrota rrotulluese 360°. - Lartësia e platformës së ulëses: 560–720 mm (±10%). - Dimensionet e rrotave: ≥ Ø 50 mm. - Lartësia e stolit duhet të rregullohet me pedalë këmbësore, e kontrolluar me piston gazi. - stoli duhet të ketë mundësinë e lëvizjes lëkundëse, me kontroll manual të vendosur nën ulëse.
25	Ulese rrotulluese per pacient	
	- Frame must be made of stainless metal material - Height adjustable should be from hydraulic piston. - Seat diameter from :33-38 cm - The sitting surface of the stool should have an ergonomic structure. - Seat should be made from high quality vinlex covered foam. - Seat adjustment Lock: stool seat swivel by lifting foot pedal. - Foot should be made from high quality	- Korniza duhet të jetë e punuar nga material metalik inox. - Rregullimi i lartësisë duhet të bëhet me piston hidraulik. - Diametri i ulëses: 33–38 cm. - Sipërfaqja e ulëses duhet të ketë strukturë ergonomike. - Ulësja duhet të jetë e punuar nga sfungjer i veshur me vinleks të cilësisë së lartë. - Bllokimi/rregullimi i ulëses: ulësja rrotullohet me ngritjen e pedalës së këmbës. - Baza duhet të jetë e punuar nga material inox i

stainless steel material. - Five 360° swivel casters. - Seat Platform height: 560-720 mm (±10%) - Dimensions of castors: $\geq \varnothing 50$ mm.	cilësisë së lartë. - Pesë rrota rrotulluese 360°. - Lartësia e platformës së ulëses: 560–720 mm (±10%). - Dimensionet e rrotave: $\geq \varnothing 50$ mm.
---	---

Sasia e parashikuar është vetëm sasi Indikative. Devijimi i lejuar nga sasia totale indikative është **30% +/-**.

FURNIZIM ME INVENTAR DHE PAJISJE MJEKËSORE

Nr.	Përshkrimi	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Çmimi total me TVSH
1	Unite stomatologjike	copë	6	€ 7,500.00	€ 45,000.00
2	Analizator per Sediment te urinave dhe stripave komplet i automatizuar	copë	1	€ 16,500.00	€ 16,500.00
3	Analizator Biokimik	copë	1	€ 16,500.00	€ 16,500.00
4	Glukometer	copë	32	€ 15.00	€ 480.00
5	Ultrazeri me dy sonda	copë	2	€ 27,500.00	€ 55,000.00
6	Rentgen digjital	copë	1	€ 105,000.00	€ 105,000.00
7	EKG	copë	5	€ 1,750.00	€ 8,750.00
8	Otoskop-Ofthalmoskop	copë	10	€ 180.00	€ 1,800.00
9	Shtreter per emergjence	copë	4	€ 1,950.00	€ 7,800.00
10	Otoman	copë	25	€ 300.00	€ 7,500.00
11	Paravan	copë	50	€ 300.00	€ 15,000.00
12	Mbajtëse infuzioni	copë	15	€ 200.00	€ 3,000.00
13	Negatoskop	copë	3	€ 200.00	€ 600.00
14	Tavoline medicinale per emergjence	copë	12	€ 620.00	€ 7,440.00
15	Tavoline medicinale per instrumente	copë	12	€ 600.00	€ 7,200.00
16	Tavoline medicinale per barera	copë	12	€ 600.00	€ 7,200.00
17	Dollap metalik per garderobe	copë	50	€ 400.00	€ 20,000.00
18	Dollap metalik per barera	copë	50	€ 40.00	€ 2,000.00
19	Shkalle per otoman	copë	30	€ 150.00	€ 4,500.00
20	Dobosh	copë	30	€ 100.00	€ 3,000.00
21	Shtreter per infuzione	copë	30	€ 1,100.00	€ 33,000.00
22	Gershëre kirurgjike	copë	10	€ 35.00	€ 350.00
23	Ulese treshe	copë	30	€ 320.00	€ 9,600.00
24	Ulese per mjek	copë	40	€ 322.00	€ 12,880.00
25	Ulese rrotulluese per pacient	copë	30	€ 322.00	€ 9,660.00
Gjithsej totali me TVSH					€ 399,760.00

KOMISIONI I VLERËSIMIT

1. F. H. -

2. J. V. -

3. F. XH. -



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **152673**

Për **Komuna e Gjakoves**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **MADEKOS SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Furnizim me inventar dhe pajisje mjekësore**

Nr. prokurimit: 632-26-3635-1-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **39,976.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **39,976.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 396 ditë kalendarike prej **13.08.2026** deri më **13.09.2027**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 12.08.2026

Nënshkrimi dhe zula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Emri	Madekos SH.P.K.
Adresa	Vragoli
Qyteti	Fushe Kosove
Kodi Postar	12000
Kontakti	Ardian Buzuku
Telefoni	+383 49555461
Fax	
E-mail	Made-kos@hotmail.com
Numri i TVSH	330478075

BANKA	
Emri	Raiffeisen bank Kosovo
Adresa	Robert Doll 99
Qyteti	Prishtine
Kodi Postar	10000
Shteti	Kosove
Llogaria Bankare	1501060000776511
IBAN (opcionale)	XK051501060000776511
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të djathtë obligueshme)
 12.08.2026

DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)
 12.08.2026